

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Số: 577/TĐC-ĐL

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM
PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG**

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo lường,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Đo lường Đồng Tâm.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Đường 17, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38500826

Fax: 08.38520300

Email: info@dongtam-mes.vn

Đã đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với lĩnh vực hoạt động ghi trong Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận này.

Địa điểm hoạt động:

- Tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Đo lường Đồng Tâm.

- Tại phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định đo lường, địa chỉ: 57-59 KDC Bình Hưng, xã Bình Dương, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tại hiện trường.

2. Số đăng ký: ĐK 184.

3. Giấy chứng nhận đăng ký được cấp lần: lần 2./.

Nơi nhận:

- Cty TNHH TMDV Kỹ thuật & ĐL Đồng Tâm;
- Chi cục TCĐLCL TP. HCM;
- Lưu: VT, ĐL.

TỔNG CỤC TRƯỞNG



Trần Văn Sinh

Phụ lục
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ ĐO LƯỜNG ĐỒNG TÂM

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 577/TĐC-ĐL ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT	Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường	Phạm vi đo	Cấp/độ chính xác	Tên dịch vụ	Ghi chú
1	Áp kế lò xo	(-1 ÷ 700) bar	đến 1 %	Kiểm định	Điều chỉnh
			đến 0,1 %	Hiệu chuẩn	
2	Áp kế điện tử	(-1 ÷ 700) bar	đến 0,1 %	Hiệu chuẩn	Bổ sung
		(-100 ÷ 100) mbar			
3	Bộ chuyển đổi áp suất	(-1 ÷ 700) bar	đến 0,1 %	Hiệu chuẩn	Bổ sung
4	Công tắc áp suất	(-1 ÷ 700) bar	đến 0,5 %	Hiệu chuẩn	Bổ sung
5	Đồng hồ nước lạnh cơ khí đường kính đến 300 mm, cấp A, B, C	Q _n đến 600 m ³ /h	± (2; 5) %	Kiểm định	Điều chỉnh
				Hiệu chuẩn	Bổ sung
6	Đồng hồ nước kiểu điện tử đường kính đến 300 mm	Q _n đến 600 m ³ /h	đến 0,5 %	Hiệu chuẩn	Bổ sung
7	Đồng hồ đo xăng dầu	Q _n đến 500 m ³ /h	đến 0,5 %	Hiệu chuẩn	Bổ sung
8	Đồng hồ đo khối lượng và tỷ trọng chất lỏng	Q _n đến 800 t/h	đến 0,2 %	Hiệu chuẩn	Bổ sung
9	Đồng hồ đo khí công nghiệp	Q _n đến 500 m ³ /h	đến 0,5 %	Hiệu chuẩn	Bổ sung
10	Nhiệt kế chỉ thị số và tương tự	(-20 ÷ 700) °C	đến 0,3 °C	Hiệu chuẩn	Bổ sung
11	Bộ chuyển đổi nhiệt độ	(-20 ÷ 1 200) °C	đến 0,3 °C	Hiệu chuẩn	Bổ sung
12	Cặp nhiệt điện công nghiệp	(-20 ÷ 700) °C	đến 0,3 °C	Hiệu chuẩn	Bổ sung

N. S

TT	Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường	Phạm vi đo	Cấp/độ chính xác	Tên dịch vụ	Ghi chú
13	Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp	$(-20 \div 650) ^\circ\text{C}$	đến 0,3 $^\circ\text{C}$	Hiệu chuẩn	Bổ sung
14	Bộ chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự	$(-200 \div 2\ 000) ^\circ\text{C}$	đến 0,3 $^\circ\text{C}$	Hiệu chuẩn	Bổ sung

S



v.